



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111, fax +420 545 222 728, www.cmi.cz

Depos Horní Suchá, a.s.	P/Martg
Došlo dne:	- 9. 12. 2014
Číslo jednotky:	644/D/2014
Uklád. znak:	0190.135

Pracoviště: Oblastní inspektorát Opava, Gudrichova 41, 746 01 Opava
tel. +420 553625308, fax. +420 553625601, email: oiopava@cmi.cz

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 24. říjen 2014 List 1 z 1 listu

Zákazník: Depos Horní Suchá, a.s.
Solecká 1/1321
735 35 Horní Suchá

Měřidlo - druh: Váhy s neautomatickou činností třídy přesnosti III

výrobce: Schenck Process

typ: DISOMAT F

výrobní číslo: 0022817P

specifikace: MAX = 30 000 kg MIN = 200 kg e = 10 kg d = e

Vlastník měřidla: ----

*(je-li odlišný od
zákazníka)*

Použité etalony: Závaží třídy F2, 16 ks 5 kg – 5 g, kalibrační list č. 7051-KL-Z0063-14.
Závaží třídy M1, 50 ks 20 kg, kalibrační list č. 7051-KL-Z0016-14.
Závaží třídy M1, 40 ks 500 kg, kalibrační list č. 6151-KL-H0312-14.

Datum provedení: 24. října 2014

Místo provedení: Viz zákazník - skládka


Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Ředitel organizační jednotky:

Ivo Pitra



Ivo Pitra