



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Oznámený subjekt
č. 1383

Pracoviště: Oblastní inspektorát Opava, Gudrichova 41., 746 01 Opava, Oddělení měř a vah
tel. +420 553 625 308 nebo +420 605 208 026

POTVRZENÍ O SHODĚ S TYPEM

ZALOŽENÉ NA OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ (MODUL F)

Datum vydání: 28. listopad 2018

List 1 z 1 listu

Zákazník: Depos Horní Suchá, a.s.
Solecká 1321/1
735 35 Horní Suchá

Měřidlo - druh: elektromechanické váhy s neautomatickou činností třídy přesnosti III

výrobce: Schenck Process Europe GmbH

typ: DISOMAT Opus

výrobní číslo: AS16640

specifikace: Max = 30000 kg Min = 200 kg e = 10 kg

Vlastník měřidla: -

Použité etalony: Závaží třídy M_1 50 kg ÷ 1000 kg, kalibrační list č. 7001-KL-Z0340-18.
Závaží třídy M_1 5 ÷ 20 kg, kalibrační list č. 7001-KL-Z0119-18.

Datum provedení: 28. listopadu 2018

Místo provedení: Skládky.

Výrok o výsledku: Měřidlo při uvedení na trh vyhovělo požadavkům nařízení vlády č. 121/2016 Sb. a technické normy ČSN EN 45501:2015 pro váhy s neautomatickou činností a v souladu s nařízením vlády bylo opatřeno stanoveným označením na místech dle certifikátu EU přezkoušení typu a dalším označením dle nařízení vlády.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., v platném znění. Platnost ověření, jako součásti posouzení shody při dodávání měřidel na trh, zaniká v případech uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., v platném znění.

Ověření provedl:

Ředitel organizační jednotky:

Ivo Pitra



Ivo Pitra